



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



Αγ. Παρασκευή, 20.12.2017
Α.Π.: Α/435/15782/2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη,

- α. Το ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' (άρθρα 39-46) και του άρθρου 90 (Α' 258)
- β. Την ΚΥΑ υπ. αριθμ. 1014(ΦΟΡ)94/6.3.2001 (Β' 216) «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας»
- γ. Την υπ. αριθμ. 1/232/09.10.15 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων υπογραφής του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στον Πρόεδρο, προϊσταμένους οργανικών μονάδων και μέλη του προσωπικού της ΕΕΑΕ» (Β' 1074/16)
- δ. Την υπ. αριθμ. 9402/31.10.17 αίτηση του εργαστηρίου με ΑΠ ΕΕΑΕ: 13708/06.11.17
- ε. Την υπ. αριθμ. Α.α/402/13708/2017/18.12.17 έκθεση επιθεώρησης
- ζ. Την υπ. αριθμ. Α/435/3930/25.01.16 (07.12.15) άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

την **ανανέωση** της άδειας λειτουργίας του Ακτινοβολητή Βιομηχανικών Εφαρμογών στο εργαστήριο ακτινοβολιών της εταιρείας **ΙΦΕΤ Α.Ε.**, στη διεύθυνση Μονάδα αποστείρωσης και αποθήκευσης νοσοκομειακού υλικού, 3^ο χλμ Λεωφόρου Τιτάν, Μάνδρα Αττικής.

Κάτοχος της άδειας λειτουργίας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της ανωτέρω εταιρείας κ. Δημήτριος Πανταζής, ο οποίος έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στην άδεια λειτουργίας.

Υπεύθυνος για τη λειτουργία του ακτινοβολητή είναι ο κ. Α. Δελλής και υπεύθυνος ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας είναι ο κ. Παναγιώτης Ζαβερδινός, ακτινοφυσικός ιατρικής.

Η άδεια αυτή ισχύει έως 31.12.2019, με δυνατότητα ανανέωσής της.

Η άδεια εκδίδεται με βάση την έκθεση επιθεώρησης (ε σχετ.), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας αυτής και υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Παραρτήματος.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ

Χρήστος Χουσιάδας

ΠΡΟΣ: ΙΦΕΤ ΑΕ
Υποκατάστημα Α'
Μονάδα αποστείρωσης και αποθήκευσης νοσοκομειακού υλικού
3^ο χλμ Λεωφόρου Τιτάν, 196 00 – Μάνδρα Αττικής

ΚΙΧ/ΚΗ (ΦΑΚ.ΕΕΑΕ: 51046)

V:\Licensing and Inspections Department\2017\Βιομηχανικά\adeies\15782_2017_51046_ifet.docx

Σελίδα 1 από 2



Τ.Θ. 60092 - 15310 Αγ. Παρασκευή Αττικής, Τ: 210 6506700, F: 210 6506748, E: info@eeae.gr, www.eeae.gr
Η ΕΕΑΕ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της υπ. αριθμ. Α/435/15782/2017/20.12.17 άδειας λειτουργίας

Στο εργαστήριο χρησιμοποιούνται πηγές Co-60 συνολικής ενεργότητας 100.250 Ci (11/2017).

Η άδεια εκδίδεται υπό τους ακόλουθους όρους:

- α) πληρούνται σε συνεχή και συστηματική βάση οι απαιτήσεις των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας (β σχετ.) από πλευράς ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας, και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην (ε) σχετική έκθεση επιθεώρησης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας αυτής,
- β) σε περίπτωση αλλαγής σε ο,τιδήποτε σχετικό με τις υποβληθείσες μελέτες και δικαιολογητικά (εξοπλισμός, χώροι, πρακτικές, διαδικασίες, προσωπικό) και υπευθυνότητες, ο κάτοχος της άδειας ενημερώνει άμεσα την ΕΕΑΕ.